


МируМед

МИР упаковки
ГРУППА КОМПАНИЙ

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ MiruSafe®

01 Трехкомпонентные системы для взятия венозной крови

- Вакуумные пробирки
- Одноразовый держатель
- Двусторонние иглы

02 Вакуумные пробирки для сбора, хранения и транспортировки проб мочи

03 Кассеты гистологические и биопсийные

Технологии и опыт с заботой о здоровье людей

Группа компаний «Мир упаковки» — лидер по производству полимерных решений для различных отраслей промышленности.

ООО «МируМед» — стратегическое направление группы компаний по выпуску высококачественных медицинских изделий российского производства под торговой маркой MiruSafe®.

01

Производственный процесс полностью автоматизирован, обеспечивает полный технологический цикл: от изготовления пресс-форм и литья под давлением до разработки рецептур, изготовления собственных игольных трубок и высокоточной сборки готовых изделий.

02

Многоступенчатый контроль качества на каждом этапе, строгое соблюдение стандартов при отборе сырья и материалов гарантирует стабильность характеристик, надежность и безопасность всей выпускаемой продукции.

03

Высокотехнологичный подход к разработке собственной продукции в тесном сотрудничестве с медицинским сообществом обеспечивает гибкость при выполнении заказов любого объема и сложности.

Медицинские изделия MiruSafe® — залог точности и достоверности результатов исследований

МируМед

2023
год запуска направления

300+
наименований продукции

180 000 000
вакуумных пробирок в год

3 000+ м²
площадь производства



Содержание

2 О компании МируМед

01

3-х компонентные системы MiruSafe® для взятия венозной крови

8 **Пробирки вакуумные MiruSafe® для взятия венозной крови**

9 Маркировка
10 Хранение и упаковка
11 Ассортимент пробирок для крови стандартные исследования
13 Ассортимент пробирок для крови специальные исследования

14 **Пробирки для стандартных исследований**

14 Пробирки для крови без добавок
16 Пробирки для крови с К2ЭДТА
17 Пробирки для крови с К3ЭДТА
18 Пробирки для крови с активатором сгустка (кремнеземом)
19 Пробирки для крови с активатором сгустка (кремнеземом) и разделительным гелем
20 Пробирки для крови с тромбином
21 Пробирки для крови с тромбином и разделительным гелем
22 Пробирки для крови для глюкозы FX/FE
23 Пробирки для крови гепарином лития
24 Пробирки для крови гепарином лития и разделительным гелем
25 Пробирки для крови гепарином натрия
26 Пробирки для крови с натрия цитратом 3.2% /3.8%
28 Пробирки для крови с цитратом натрия для СОЭ

29 **Пробирки для специальных исследований**

29 Пробирки для крови с цитратом натрия CTAD
30 Пробирки для крови ACD-A, ACD-B, CPDA
31 Пробирки для крови с К2ЭДТА и разделительным гелем
32 Пробирки для крови с К2ЭДТА и апротинином

33 **Держатель одноразовый MiruSafe®**

34 **Иглы двусторонние MiruSafe®**

35 Ассортимент двусторонних игл MiruSafe®

02

Пробирки вакуумные MiruSafe® для сбора, хранения и транспортировки проб мочи

39 Ассортимент пробирок для мочи
40 Хранение и упаковка
41 Пробирки для мочи без добавок
42 Пробирки для мочи с борной кислотой
43 Пробирки для мочи с консервантом

03

Кассеты MiruSafe® гистологические и биопсийные

46 Ассортимент гистологических кассет
47 Ассортимент биопсийных кассет

01


3-х компонентные системы MiruSafe® для взятия венозной крови

Состоит из полностью совместимых друг с другом компонентов, гарантирующих удобство и безопасность работы медицинского персонала.




Вакуумная пробирка для взятия венозной крови

Самый широкий ассортимент из **22-х видов наполнителей** для стандартных и специальных исследований позволяет полностью удовлетворить потребности любой современной лаборатории.



Одноразовый держатель

Полностью прозрачная поверхность и специально разработанная форма для удобства использования.



Двусторонняя игла

Трехгранная высокоточная заточка игольной трубки и силиконовое покрытие поверхности для максимального комфорта пациента.

Выпускаются в **трех типоразмерах** и широком **диапазоне объемов** в зависимости от наполнителя пробирки.

Для пробирок малых объемов используется дополнительная **цветовая индикация** крышек (прозрачный цвет) для удобства работы медицинского персонала.*



13 x 75 мм




13 x 100 мм



16 x 100 мм

* В зависимости от наполнителя пробирки.

Этикетка



Варианты этикеток

Непрозрачная (PS) Прозрачная (TS)	▶	Термоусадочная пленка
Непрозрачная (PF) Прозрачная (TF)	▶	Фольгированный пакет

Условия хранения

Температура
от +4 °С до +25°С

Беречь от солнечного света

Относительная влажность не более 80%

Хранить вдали от отопительных приборов

Срок годности

18 месяцев — Все виды пробирок, за исключением: 9NC, CTAD, 4NC, ACD-A, ACD-B, CPDA

9 месяцев

Упаковка

Товарная упаковка (штатив)	100 пробирок
Транспортный короб	12 штативов / 1200 пробирок

Регистрационный номер медицинского изделия: ГО04-00110-00/04714973

Цвет крышки	Обозначение	Наполнитель (добавка)	Отбираемый объем крови, мл	Число перемешиваний	Минимальное время свертывания	Центрифугирование
	Z	Без добавок	2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0	5-6	60 мин	1300-2000 g, 10 мин
	CAT	Активатор сгустка (кремнезем)	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0		30 мин	
	CAT+Gel	Активатор сгустка (кремнезем) и разделительный гель	2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 8.5; 9.0			
	CAT (Thrombin)	Тромбин	2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0		10 мин	1500-2000 g, 10 мин
	CAT (Thrombin) + Gel	Тромбин и разделительный гель	2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 8.5; 9.0		5 мин	
	K2E/K3E*	K2ЭДТА/ K3ЭДТА	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0	8-10	-	1800-2200 g, 10 мин

1.0 — объемы с прозрачной крышкой

*Центрифугирование предусмотрено только при необходимости получения плазмы. При необходимости получения цельной крови пробирку не центрифугировать.

Регистрационный номер медицинского изделия: ГО04-00110-00/04714973

Ассортимент пробирок для крови MiruSafe®
Стандартные исследования

Цвет крышки	Обозначение	Наполнитель (добавка)	Отбираемый объем крови, мл	Число перемешиваний	Минимальное время свертывания	Центрифугирование
	FX	Оксалат калия и фторид натрия	1.0; 2.0; 4.0; 6.0	8-10	-	1300 g, 10 мин
	FE	Фторид натрия и К2ЭДТА	1.0; 2.0; 4.0; 6.0		-	
	LH	Гепарин лития	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0		-	1300-2000 g, 10 мин
	NH	Гепарин натрия	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0		-	
	LH+Gel	Гепарин лития с разделительным гелем	2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 8.5; 9.0		-	
	9NC	Цитрат натрия 3.2%/ Цитрат натрия 3.8% 9:1	0.9; 1.8; 2.7; 3.6; 4.05; 4.5; 5.4; 6.0; 7.2; 8.1	3-4	-	PPP: 1500-2000 g – 10 мин; PFP: 2000-2500 g – 20 мин; PRP: 150 g – 5 мин
	4NC	Цитрат натрия 3,2 % 4:1	1.6; 2.0; 2.4; 3.2	8-10	-	Не требуют центрифугирования

1.0 — объемы с прозрачной крышкой

*PPP — бедная тромбоцитами плазма; PFP — очищенная от тромбоцитов плазма (подготовка к глубокой заморозке плазмы); PRP – богатая тромбоцитами плазма

Регистрационный номер медицинского изделия: ГО04-00110-00/04714973

Ассортимент пробирок для крови MiruSafe®
Специальные исследования

Цвет крышки	Обозначение	Наполнитель (добавка)	Отбираемый объем крови, мл	Число перемешиваний	Минимальное время свертывания	Центрифугирование
	K2E+Gel	К2ЭДТА и разделительный гель	2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 8.5; 9.0	8-10	-	1300-3000 g, 10 мин
	CTAD	Цитрат натрия, теофиллин, аденозин, дипиридамол	0.9; 1.8; 2.7; 3.6; 4.05; 4.5; 5.4; 6.0; 7.2; 8.1	3-4	-	1500 g, 15 мин
	ACD-A	Лимонная кислота, цитрат натрия, декстроза	8.0; 9.0	8-10	-	Не требуют центрифугирования
	ACD-B	Лимонная кислота, цитрат натрия, декстроза	5.0; 5.5; 8.0; 9.0		-	
	CPDA	Лимонная кислота, фосфат натрия, декстроза, аденин	3.5; 4.0;8.0;9.0	3-4	-	
	K3E Aprotinin	К3ЭДТА и апротинин	4.0	5-6	-	1300 g, 10 мин

Регистрационный номер медицинского изделия: ГО04-00110-00/04714973

Пробирки вакуумные без добавок выпускаются в двух цветовых решениях – с красной и белой крышкой.



Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки — белый

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
Z	13x75	2.0	B001200PS	B001200TS
		2.5	B001250PS	B001250TS
		3.0	B001300PS	B001300TS
		3.5	B001350PS	B001350TS
		4.0	B001400PS	B001400TS
	13x100	5.0	B002500PS	B002500TS
		5.5	B002550PS	B002550TS
		6.0	B002600PS	B002600TS
	16x100	8.0	B003800PS	B003800TS
		8.5	B003850PS	B003850TS
		9.0	B003900PS	B003900TS
		9.5	B003950PS	B003950TS
		10.0	B003001PS	B003001TS

Используются как вторичные пробирки для аликвотирования.



Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки — красный

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
Z	13x75	2.0	B041200PS	B041200TS
		2.5	B041250PS	B041250TS
		3.0	B041300PS	B041300TS
		3.5	B041350PS	B041350TS
		4.0	B041400PS	B041400TS
	13x100	5.0	B042500PS	B042500TS
		5.5	B042550PS	B042550TS
		6.0	B042600PS	B042600TS
	16x100	8.0	B043800PS	B043800TS
		8.5	B043850PS	B043850TS
		9.0	B043900PS	B043900TS
		9.5	B043950PS	B043950TS
		10.0	B043001PS	B043001TS

Пробирки с активатором сгустка (CAT)

Пробирки вакуумные с активатором сгустка содержат кремнезем, распыленный на стенки. Он активирует процесс свертывания крови для ускорения получения сыворотки (за 30 минут). Применяются для биохимических, иммунологических и серологических исследований.



Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки —
красный прозрачный, красный

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
CAT	13x75	1.0	B051100PS	B051100TS
		1.5	B051150PS	B051150TS
		2.0	B051200PS	B051200TS
	13x75	2.5	B051250PS	B051250TS
		3.0	B051300PS	B051300TS
		3.5	B051350PS	B051350TS
		4.0	B051400PS	B051400TS
	13x100	5.0	B052500PS	B052500TS
		5.5	B052550PS	B052550TS
		6.0	B052600PS	B052600TS
	16x100	8.0	B053800PS	B053800TS
		8.5	B053850PS	B053850TS
		9.0	B053900PS	B053900TS
		9.5	B053950PS	B053950TS
		10.0	B053001PS	B053001TS

Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04714973

Пробирки с активатором сгустка и гелем (CAT+Gel)



Пробирки вакуумные с активатором сгустка и разделительным гелем содержат кремнезем, распыленный на стенки. Он активирует процесс свертывания крови для ускорения получения сыворотки (30 минут). Применяются для биохимических, иммунологических и серологических исследований.

Разделительный гель создает стабильный барьер с форменными элементами крови, что обеспечивает чистоту анализа и стабильность пробы.

Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки —
темно-желтый (золотой)

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
CAT+Gel	13x75	2.0	B061200PS	B061200TS
		2.5	B061250PS	B061250TS
		3.0	B061300PS	B061300TS
		3.5	B061350PS	B061350TS
	13x100	4.0	B062400PS	B062400TS
		4.5	B062450PS	B062450TS
		5.0	B062500PS	B062500TS
		5.5	B062550PS	B062550TS
	16x100	8.0	B063800PS	B063800TS
		8.5	B063850PS	B063850TS
		9.0	B063900PS	B063900TS

Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04714973

Пробирки с тромбином (CAT (Thrombin))

Пробирки вакуумные с тромбином активируют процесс свертывания крови для максимально быстрого получения сыворотки за 10 минут. Применяются для срочных (экспресс) анализов в биохимии, иммунологии и серологии.



Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки — оранжевый

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
CAT (Trombin)	13x75	2.0	B151200PS	B151200TS
		2.5	B151250PS	B151250TS
		3.0	B151300PS	B151300TS
		3.5	B151350PS	B151350TS
		4.0	B151400PS	B151400TS
	13x100	5.0	B152500PS	B152500TS
		5.5	B152550PS	B152550TS
		6.0	B152600PS	B152600TS
	16x100	8.0	B153800PS	B153800TS
		8.5	B153850PS	B153850TS
		9.0	B153900PS	B153900TS
		9.5	B153950PS	B153950TS
		10.0	B153001PS	B153001TS

Пробирки с тромбином и гелем (CAT (Thrombin)+Gel)



Пробирки вакуумные с тромбином и разделительным гелем активируют процесс свертывания крови для максимально быстрого получения сыворотки за 10 минут. Применяются для срочных (экспресс) анализов в биохимии, иммунологии и серологии.

Разделительный гель создает стабильный барьер с форменными элементами крови, что обеспечивает чистоту анализа и стабильность пробы.

Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки — оранжевый

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
CAT (Trombin) + Gel	13x75	2.0	B161200PS	B161200TS
		2.5	B161250PS	B161250TS
		3.0	B161300PS	B161300TS
		3.5	B161350PS	B161350TS
	13x100	4.0	B162400PS	B162400TS
		4.5	B162450PS	B162450TS
		5.0	B162500PS	B162500TS
		5.5	B162550PS	B162550TS
	16x100	8.0	B163800PS	B163800TS
		8.5	B163850PS	B163850TS
		9.0	B163900PS	B163900TS

Пробирки с К2ЭДТА (K2E)

Пробирки вакуумные с К2ЭДТА применяются для получения плазмы и цельной крови. Используются для гематологических исследований; молекулярной диагностики и тестов на инфекционные заболевания.



Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки — лавандовый прозрачный, лавандовый

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
K2E	13x75	1.0	B011100PS	B011100TS
		1.5	B011150PS	B011150TS
		2.0	B011200PS	B011200TS
	13x75	2.5	B011250PS	B011250TS
		3.0	B011300PS	B011300TS
		3.5	B011350PS	B011350TS
		4.0	B011400PS	B011400TS
	13x100	5.0	B012500PS	B012500TS
		5.5	B012550PS	B012550TS
		6.0	B012600PS	B012600TS
	16x100	8.0	B013800PS	B013800TS
		8.5	B013850PS	B013850TS
		9.0	B013900PS	B013900TS
		9.5	B013950PS	B013950TS
		10.0	B013001PS	B013001TS

Пробирки с К3ЭДТА (K3E)

Пробирки вакуумные с К3ЭДТА применяются для получения плазмы и цельной крови. Используются для гематологических исследований; молекулярной диагностики и тестов на инфекционные заболевания.



Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки — лавандовый прозрачный, лавандовый

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
K3E	13x75	1.0	B021100PS	B021100TS
		1.5	B021150PS	B021150TS
		2.0	B021200PS	B021200TS
	13x75	2.5	B021250PS	B021250TS
		3.0	B021300PS	B021300TS
		3.5	B021350PS	B021350TS
		4.0	B021400PS	B021400TS
	13x100	5.0	B022500PS	B022500TS
		5.5	B022550PS	B022550TS
		6.0	B022600PS	B022600TS
	16x100	8.0	B023800PS	B023800TS
		8.5	B023850PS	B023850TS
		9.0	B023900PS	B023900TS
		9.5	B023950PS	B023950TS
		10.0	B023001PS	B023001TS

Пробирки FX/FE

Пробирки вакуумные FX содержат оксалат калия и фторид натрия. Применяются для исследования цельной крови или плазмы с целью измерения уровня глюкозы, лактата и гликированного гемоглобина.



Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки —
серый прозрачный, серый

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
FX	13x75	1.0	B101100PS	B101100TS
		2.0	B101200PS	B101200TS
	13x75	4.0	B101400PS	B101400TS
	13x100	6.0	B102600PS	B102600TS
FE	13x75	1.0	B111100PS	B111100TS
		2.0	B111200PS	B111200TS
	13x75	4.0	B111400PS	B111400TS
	13x100	6.0	B112600PS	B112600TS

Факуумные пробирки FE — фторид натрия и К2ЭДТА. Применяются для исследования цельной крови или плазмы с целью измерения уровня глюкозы, лактата и гликированного гемоглобина.



Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки —
серый прозрачный, серый

Пробирки с гепарином лития (LH)

Пробирки вакуумные гепарином лития используются для получения плазмы. Применяются для биохимических, иммунологических и серологических исследований.



Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки —
зеленый прозрачный, зеленый

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
LH	13x75	1.0	B071100PS	B071100TS
		1.5	B071150PS	B071150TS
		2.0	B071200PS	B071200TS
	13x75	2.5	B071250PS	B071250TS
		3.0	B071300PS	B071300TS
		3.5	B071350PS	B071350TS
		4.0	B071400PS	B071400TS
	13x100	5.0	B072500PS	B072500TS
		5.5	B072550PS	B072550TS
		6.0	B072600PS	B072600TS
	16x100	8.0	B073800PS	B073800TS
		8.5	B073850PS	B073850TS
		9.0	B073900PS	B073900TS
		9.5	B073950PS	B073950TS
		10.0	B073001PS	B073001TS

Пробирки с гепарином натрия (NH)

Пробирки вакуумные с гепарином натрия используются для получения плазмы. Применяются для биохимических, иммунологических и серологических исследований.



Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки —
зеленый прозрачный, зеленый

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
NH	13x75	1.0	B081100PS	B081100TS
		1.5	B081150PS	B081150TS
		2.0	B081200PS	B081200TS
	13x75	2.5	B081250PS	B081250TS
		3.0	B081300PS	B081300TS
		3.5	B081350PS	B081350TS
		4.0	B081400PS	B081400TS
	13x100	5.0	B082500PS	B082500TS
		5.5	B082550PS	B082550TS
		6.0	B082600PS	B082600TS
	16x100	8.0	B083800PS	B083800TS
		8.5	B083850PS	B083850TS
		9.0	B083900PS	B083900TS
		9.5	B083950PS	B083950TS
		10.0	B083001PS	B083001TS

Пробирки с гепарином лития и гелем (LH+Gel)



Пробирки вакуумные с гепарином лития и разделительным гелем используются для получения плазмы. Применяются для биохимических, иммунологических и серологических исследований.

Разделительный гель создает стабильный барьер с форменными элементами крови, что обеспечивает чистоту анализа и стабильность пробы.

Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки —
Светло-зеленый (мятный)

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
LH+Gel	13x75	2.0	B091200PS	B091200TS
		2.5	B091250PS	B091250TS
		3.0	B091300PS	B091300TS
		3.5	B091350PS	B091350TS
	13x100	4.0	B092400PS	B092400TS
		4.5	B092450PS	B092450TS
		5.0	B092500PS	B092500TS
		5.5	B092550PS	B092550TS
	16x100	8.0	B093800PS	B093800TS
		8.5	B093850PS	B093850TS
		9.0	B093900PS	B093900TS

Пробирки с цитратом натрия (9NC)*

Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3.2%, (соотношение кровь-реагент 9:1) используются для получения плазмы. Применяются при коагулогических исследованиях.



Срок годности: 9 месяцев

Цвет крышки — светло-голубой прозрачный, светло-голубой

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
9NC 3.2%	13x75	1.8	B121180PF	B121180TF
	13x75	2.7	B121270PF	B121270TF
		3.6	B121360PF	B121360TF
	13x100	4.5	B122450PF	B122450TF
		5.4	B122540PF	B122540TF
	16x100	7.2	B123720PF	B123720TF
		8.1	B123810PF	B123810TF

* Поставляется в фольгированном пакете

Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04714973

Пробирки с цитратом натрия (9NC)*

Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3.8%, (соотношение кровь-реагент 9:1) используются для получения плазмы. Применяются при коагулогических исследованиях.



Срок годности: 9 месяцев

Цвет крышки — светло-голубой прозрачный, светло-голубой

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
9NC 3.8%	13x75	1.8	B131180PF	B131180TF
	13x75	2.7	B131270PF	B131270TF
		3.6	B131360PF	B131360TF
	13x100	4.5	B132450PF	B132450TF
		5.4	B132540PF	B132540TF
	16x100	7.2	B133720PF	B133720TF
		8.1	B133810PF	B133810TF

* Поставляется в фольгированном пакете

Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04714973

Пробирки с цитратом натрия (4NC)*

Пробирки вакуумные 4NC содержат цитрат натрия 3.2% (соотношение кровь-реагент 4:1). Применяются для определения скорости оседания эритроцитов.



Срок годности: 9 месяцев

Цвет крышки — черный

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
4NC	13x75	1.6	B171160PF	B171160TF
		2.0	B171200PF	B171200TF
		2.4	B171240PF	B171240TF
		3.2	B171320PF	B171320TF

* Поставляется в фольгированном пакете

Пробирки с К2ЭДТА и гелем (K2E+Gel)



Пробирки вакуумные с К2ЭДТА и разделительным гелем применяются для получения плазмы. Используются для молекулярно-генетических исследований, определения вирусной и бактериальной нагрузки.

Разделительный гель создает стабильный барьер с форменными элементами крови, что обеспечивает чистоту анализа и стабильность пробы.

Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки — лавандовый

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
K2E+Gel	13x75	2.0	B031200PS	B031200TS
		2.5	B031250PS	B031250TS
		3.0	B031300PS	B031300TS
		3.5	B031350PS	B031350TS
	13x100	4.0	B032400PS	B032400TS
		4.5	B032450PS	B032450TS
		5.0	B032500PS	B032500TS
		5.5	B032550PS	B032550TS
	16x100	8.0	B033800PS	B033800TS
		8.5	B033850PS	B033850TS
		9.0	B033900PS	B033900TS

Пробирки с цитратом натрия (CTAD)*

Пробирки вакуумные со CTAD содержат цитрат натрия, теофиллин, аденозин и дипиридамол. Применяются для исследования коагуляции и определения продуктов деградации фибрина, а также для рутинных тестов и для мониторинга параметров гемостаза у пациентов, получающих антикоагулянтную терапию. Материал для исследования: цитратная плазма.

Срок годности: 9 месяцев

Цвет крышки — светло-голубой

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
CTAD	13x75	1.8	B141180PF	B141180TF
		2.7	B141270PF	B141270TF
		3.6	B141360PF	B141360TF
	13x100	4.5	B142450PF	B142450TF
		5.4	B142540PF	B142540TF
	16x100	7.2	B143720PF	B143720TF
		8.1	B143810PF	B143810TF



* Поставляется в фольгированном пакете

Регистрационный номер медицинского изделия: ГЗ004-00110-00/04714973

Пробирки ACD-A, ACD-B, CPDA*

Пробирки вакуумные с ACD-A, ACD-B (лимонная кислота, натрия цитрат, декстроза) и CPDA (лимонная кислота, натрия фосфат, декстроза, аденин) позволяют сохранять клетки в течение длительного периода времени. Для пробирок ACD-A, ACD-B – до 21-го дня, CPDA – до 35-ти дней (при температуре 1-6°C). Применяется для иммуногематологических исследований, а также для тканевого типирования и проточной цитометрии.

Срок годности: 9 месяцев

Цвет крышки — желтый (лимонный)

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
ACD-A	16x100	8.0	B183800PF	B183800TF
ACD-B	13x100	5.0	B192500PF	B192500TF
	16x100	8.0	B193800PF	B193800TF
CPDA	13x75	3.5	B201350PF	B201350TF
	16x100	8.0	B203800PF	B203800TF



* Поставляется в фольгированном пакете

Регистрационный номер медицинского изделия: ГЗ004-00110-00/04714973

Пробирки с апротинином (K3E+Aprotinin)

Пробирки вакуумные с К3ЭДТА и апротинином содержат фермент апротинин. Применяются для исследования на нестабильные аналиты, такие как: остеокальцин, кальцитонин, адренокортикотропный гормон и другие.



Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки — розовый

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
K3E Aprotinin	13x75	4.0	B211400PS	B211400TS

Держатель одноразовый MiruSafe®



Одноразовый держатель MiruSafe® изготовлен из высококачественного прозрачного пластика и защищен логотипом торгового знака производителя:

- ребристая поверхность обеспечивает предотвращение проскальзывания держателя в руке при соединении компонентов системы;
- оснащен внешним кольцом для упора пальцев при введении вакуумной пробирки в держатель резьбовое соединение гарантирует надежную фиксацию иглы.

Количество в упаковке	50 шт.	100 шт.
Кат.номер	H-050	H-100

Условия хранения

Температура от +2 °С до +35°С

Беречь от солнечного света

Относительная влажность не более 80%

Хранить вдали от отопительных приборов

Срок годности

5 лет

Упаковка

Пакет

50 шт. / 100 шт.

Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04714973

Продукт находится на стадии государственной регистрации.
Не для коммерческой реализации / не для медицинского применения.

Иглы двусторонние MiruSafe®



Двусторонние иглы MiruSafe® без камеры визуализации изготавливаются из трубок заточенных собственного производства, что позволяет гарантировать высокое качество изделий.

Для трубок используется медицинская сталь марки AISI 304, обладающая высокой прочностью. и коррозионной стойкостью.

- Несколько стадий обработки позволяют произвести полную очистку как внешней, так и внутренней поверхности, что гарантирует свободный ток крови в игле.
- Прецизионная трехгранная заточка и силиконовое покрытие обеспечивают безболезненное введение иглы в вену и уменьшение ее травмирования.

Тип соединения с держателем:

Винтовое Luer Lock (Луер-лок)

Цветовая кодировка:

футляр согласно ISO 6009

Размеры

Диаметр:

от 18G до 23G (в соответствии со шкалой Гейдж)

Длина:

25 мм и 38 мм

Толщина стенки:

RW, TW

Ассортимент игл двусторонних MiruSafe®

Цвет футляра	Размер	Диаметр, мм	Длина, мм	Толщина стенки	Кат.номер прозрачный колпачок
Розовый 	18G	1.2	25	TW	1825020
			38	TW	1838020
Желтый 	20G	0.9	25	RW	2025010
			25	TW	2025020
			38	RW	2038010
			38	TW	2038020
Темно-зеленый 	21G	0.8	25	RW	2125010
			25	TW	2125020
			38	RW	2138010
			38	TW	2138020
Черный 	22G	0.7	25	RW	2225010
			25	TW	2225020
			38	RW	2238010
			38	TW	2238020
Темно-синий 	23G	0.6	25	RW	2325010
			25	TW	2325020
			38	RW	2338010
			38	TW	2338020

Продукт находится на стадии государственной регистрации.

Не для коммерческой реализации / не для медицинского применения.


02

Пробирки вакуумные MiruSafe® для сбора, хранения и транспортировки проб мочи


Маркировка

Пробирки для сбора, хранения и транспортировки проб мочи MiruSafe® выпускаются **в трех размерах** и широком **диапазоне объемов**.


13 x 75 мм




13 x 100 мм



16 x 100 мм



Этикетка



Ассортимент пробирок для мочи MiruSafe®

Цвет крышки	Обозначение	Наполнитель (добавка)	Объем мочи, мл	Центрифугирование	Максимальное время до исследования при комнатной температуре
	Без добавок (No Additive)	Без добавок	4.0; 5.0; 6.0;7.0; 8.0; 9.0; 9.5; 10.0	400 g, 5 мин	12 ч
	Борная кислота (Boric Acid)	Борная кислота, натрия тетроборат, формиат натрия, D-маннитол	4.0; 5.0; 6.0;7.0; 8.0; 9.0; 9.5; 10.0		24 ч
	Консервант (Preservative)	Хлоргексидин, этилпарабен, пропионат натрия	4.0; 5.0; 6.0;7.0; 8.0; 9.0; 9.5; 10.0		72 ч

Варианты этикеток





Условия хранения

Температура
от +4 °С до +25°С

Беречь от солнечного света

Относительная влажность не более 80%

Хранить вдали от отопительных приборов

Срок годности

18 месяцев

Все виды пробирок

Упаковка

Товарная упаковка (штатив)	100 пробирок (термоусадочная пленка)
Транспортный короб	12 штативов / 1200 пробирок



Пробирки вакуумные для мочи без добавок применяется для рутинных исследований (биохимический анализ мочи, анализ мочи при помощи тест-полосок).

При охлаждении образцов до +4 °С сразу после сбора и своевременной (в тот же день) доставке в лабораторию пробирки вакуумные без добавок можно использовать для микробиологического исследования мочи (посев на микрофлору).

Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки — бежевый

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
Без добавок (No additive)	13x75	4.0	U001400PS	U001400TS
	13x100	5.0	U002500PS	U002500TS
		6.0	U002600PS	U002600TS
	16x100	7.0	U003700PS	U003700TS
		8.0	U003800PS	U003800TS
		9.0	U003900PS	U003900TS
		9.5	U003950PS	U003950TS
		10.0	U003001PS	U003001TS

Пробирки с борной кислотой (Boric Acid)

Пробирки вакуумные для мочи с борной кислотой содержат борную кислоту, натрия тетроборат, формиат натрия и D-маннитол.

Применяется для микробиологического исследования мочи. Борная кислота предотвращает размножение микроорганизмов и стабилизирует пробу мочи в течение 24 часов при комнатной температуре (от +18 до +25 °С).



Срок годности: 18 месяцев

Цвет крышки — оливковый

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
Борная кислота (Boric Acid)	13x75	4.0	U011400PS	U011400TS
	13x100	5.0	U012500PS	U012500TS
		6.0	U012600PS	U012600TS
	16x100	7.0	U013700PS	U013700TS
		8.0	U013800PS	U013800TS
		9.0	U013900PS	U013900TS
		9.5	U013950PS	U013950TS
		10.0	U013001PS	U013001TS

Пробирки с консервантом (Preservative)




Пробирки вакуумные для мочи с консервантом содержат хлоргексидин, этилпарабен и пропионат натрия. Применяется для биохимического и общего клинического анализа мочи, а также для микроскопической оценки клеточного состава (осадка) мочи и для работы с тест-полосками при исследовании мочи.

Входящий в состав хлоргексидин предотвращает рост бактерий в собранном образце мочи, а также деградацию белков и снижение значения pH, что позволяет хранить образцы мочи в течение 72 часов при комнатной температуре.

Срок годности: 18 месяцев


Цвет крышки — ярко-желтый

Обозначение	Размер, мм	Объем, мл	Кат.номер непрозрачная этикетка	Кат.номер прозрачная этикетка
Консервант (Preservative)	13x75	4.0	U021400PS	U021400TS
	13x100	5.0	U022500PS	U022500TS
		6.0	U022600PS	U022600TS
	16x100	7.0	U023700PS	U023700TS
		8.0	U023800PS	U023800TS
		9.0	U023900PS	U023900TS
		9.5	U023950PS	U023950TS
		10.0	U023001PS	U023001TS



03

Кассеты MiruSafe® гистологические и биопсийные





Выпускаются в 2-х вариантах исполнения:

- тип 1 – гистологические кассеты (размер отверстий 5х1 мм);
- тип 2 – биопсийные кассеты (размер отверстий 1х1 мм).

Гистологические и биопсийные кассеты MiruSafe® производятся из качественного POM пластика и обеспечивают надежную фиксацию материала на всех этапах подготовки гистологических и патоморфологических исследований.

Наличие в конструкции кассет дополнительных отверстий увеличивает скорость проникновения реагентов и ускоряет обработку образцов.

Наклонное поле подходит как для ручной, так и автоматической маркировки с помощью принтера.

Широкая цветовая палитра, состоящая из 12 цветов, обеспечивает удобство визуальной идентификации образцов (по типам тканей, месту их локализации, отделениям лаборатории или этапам обработки). Такой подход позволяет правильно организовать рабочий процесс, избежать путаницы, сократить ошибки и сэкономить время на выдачу результатов исследований.

Условия хранения

Температура от +2 °С до +35°С

Относительная влажность не более 80%

Беречь от солнечного света

Хранить вдали от отопительных приборов

Срок годности

5 лет

Упаковка

Гофрокороб (россыпь) 500 шт.

Гофрокороб (на ленте) 810 шт.

Регистрационный номер медицинского изделия: ГО04-00110-00/05684484

Ассортимент гистологических кассет MiruSafe®



Цвет	Изделие россыпью	Изделие на ленте
белая	Kg 500 – 07	Kg 810 – 07
голубая	Kg 500 – 1510	Kg 810 – 1510
желтая	Kg 500 – 1302	Kg 810 – 1302
лимонная	Kg 500 – 13032	Kg 810 – 13032
зеленая	Kg 500 – 1411	Kg 810 – 1411
фиолетовая	Kg 500 – 1601	Kg 810 – 1601
оранжевая	Kg 500 – 1206	Kg 810 – 1206
розовая	Kg 500 – 1102	Kg 810 – 1102
бежевая	Kg 500 – 1313	Kg 810 – 1313
мятная	Kg 500 – 1501	Kg 810 – 1501
серая	Kg 500 – 1802	Kg 810 – 1802
оливковая	Kg 500 – 1418	Kg 810 – 1418

Регистрационный номер медицинского изделия: ГО04-00110-00/05684484

Ассортимент биопсийных кассет MiruSafe®



Цвет	Изделие россыпью	Изделие на ленте
белая	Kb 500 – 07	Kb 810 – 07
голубая	Kb 500 – 1510	Kb 810 – 1510
желтая	Kb 500 – 1302	Kb 810 – 1302
лимонная	Kb 500 – 13032	Kb 810 – 13032
зеленая	Kb 500 – 1411	Kb 810 – 1411
фиолетовая	Kb 500 – 1601	Kb 810 – 1601
оранжевая	Kb 500 -1206	Kb 810 -1206
розовая	Kb 500 -1102	Kb 810 -1102
бежевая	Kb 500 – 1313	Kb 810 – 1313
мятная	Kb 500 – 1501	Kb 810 – 1501
серая	Kb 500 – 1802	Kb 810 – 1802
оливковая	Kb 500 – 1418	Kb 810 – 1418

Регистрационный номер медицинского изделия: ГО04-00110-00/05684484



ООО «МируМед»
188650 Ленинградская обл.,
г. Сертолово, ул. Песочная, д.14, к.1

тел. +7 (812) 331-25-56
help@mirusafe.ru
www.mirumed.spb.ru